



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

22.07.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) HAZIRLAMA SETİ ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 24.07.2024 Tarihi saat 12:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2024/1911

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

| S.N. | MALZEMENİN CİNSİ | MIKTARI | BİRİMİ | BRANS KODU | UBB NO | SUT KODU | SUT FİYATI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|------|---|---------|--------|------------|--------|----------|------------|--------------|---------------|
| 1 | TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) HAZIRLAMA SETİ | 500 | ADET | 1225-KİT | | | | | |

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalemin malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içersine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etilik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) HAZIRLAMA SETİ doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (Yüz Yirmi) gün içerisinde ödenecektir. Aneak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TİBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığına onaylı ürünler ile Ürün barkod numarasını teklifinde belirticektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Bayırcılık Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirticektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklif ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubunu Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 29.05.2024 15:09:00 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogiem@gmail.com / Mail2: ozluk@yok.com.tr
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ESMA AYHAN
Hemşire

TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA ELDE ETME KİTİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kit plazmayı kandan izole ve konsantre ederek platelet hücreleri bakımından daha zengin otolog trombositlen zengin plazma (PRP), trombositlen fakir plazma (PPP) ve eritrositleri ayırıştırmak için tasarlanmıř olmalıdır.
2. Kit kapalı sistem olmalıdır. Kan doğrudan kanül veya kelebek iğne ile ayırıştırma haznesi içine alınabilmelidir, bu sayede kontaminasyon riski en aza indirilebilmelidir. Ayırıştırma işleminde trombositlen zengin plazma dış ortamla temas etmeden ve ayırıştırma haznesi içine dışarıdan iğne/kanül sokmadan boş bir enjektöre transfer edilebilmelidir.
3. Kit yardımıyla trombositlen fakir plazma istenildiğİ takdirde kullanılabilmek için kontamine olmadan ve ayırıştırma haznesi içine dışarıdan iğne/kanül sokmadan kitin ayrı bir haznesi içine doğrudan transfer edilebilmelidir.
4. Kit en az 10ml kanı ayırıştırabilmelidir.
5. Elde edilen trombositlen zengin plazma konsantrasyonu miktarı minimum 2 cc olmalı, platelet miktarı her 1 cc konsantrasyon içerisinde 4- 6 katı artmıř ve 1.000.000 ul olmalıdır.
6. Kit içersinde ayrı paketlenmiř antikoagulan bulunmalıdır. Harici antikoagulan alınmasına ihtiyaç olmamalıdır.
7. Kit özel bir santrifüje ihtiyaç duymadan 15ml godeli santrifüj cihazları ile uyumlu olmalıdır.
8. Kit üretim tarihi itibari ile 2 yıl oda ısında raf ömrüne sahip olmalıdır.
9. Kit bileşenleri tek kullanımlık ve steril paketlenmiř olmalıdır.
10. Kit Sağlık bakanlığı ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.
11. Kit ile birlikte idarenin uygun gördüğü sayıda santrifüj cihazı idame olarak bırakılacaktır.

Op.Dr. Evrim D. AKDOĞAN
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğİ
Dip. No: 883418

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Zeynep Altın GÜLDOĞAN
Pratisyen Tıp Doktoru
Dip. No: 8857 Tes. No: 4529

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Murat AKDOĞAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. No: 883418

Op.Dr. Ali ŞAHİN
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğİ
Dip. No: 8803 Tes. No: 12160