

- 1- VALVULAR PLUG (PARAVALVULAR LEAK) ALETİ (SUT:KR1188) 2 ADET
2-OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ (KR1175) 2 ADET

VALVULAR PLUG (PARAVALVULAR LEAK) ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT:KR1188)

- 1-Aort veya Mitral Paravalvular Leak'ların kapatılabilmesi için nitinolden imal edilmiş self expandable çift diskli şekilde olmalıdır.Kapatılacak olan Paravalvular Leak ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır.
- 2-Paravalvular Leak içinde açılırken, uç formunu görmek, komplikasyonları önlemek ve rahat pozisyonlandırma için distal kısmında ve oklüderin uç kısmında marker bulunmalıdır.
- 3-Gerilmiş çapı 4 mm ile 14 mm. arasındaki Paravalvular Laeak'ların kapatılması için birebir uygun ölçüleri olmalıdır.
- 4-Dikdörtgen biçimli şekli, çoklu Nitinol ağ tabakası ve geniş kenarları ile hızlı oklüzyonu sağlamalıdır. Distal lob gövdesinden 2 mm. daha geniş kenar yapısı ile Paravalvular Leak'e tutunma ve oklüzyonda süreklilik sağlamalıdır.
- 5-Uygulama esnasında sadece bir taşıma yada kılavuz Kateter veya sheath yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli, herhangi bir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
- 6-Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir
- 7-Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 8-Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT:KR1175)

1. Kullanılacak oklüder çapına göre; 5F, 6F veya 7F arasında değişik ölçüleri olmalıdır. Uygulama esnasında bütün ölçüler hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
2. Kateter uzunluğu 120 cm olmalıdır.
3. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
4. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
5. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.
6. Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.
7. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kılıf anti-kinking özelliğe sahip olmalıdır.
8. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Veyisel Ozan TANIR
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:119278

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.No:119278

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Mustafa Balci Mücahit BALCI
Uzm. Tıp. No: 88624 - Tıp. T. No: 113693
Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

03.10.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, KARDİYOLOJİ SERVİSİ (T3-4C) MEHMET CAN ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 04.10.2024 Tarihi saat 16:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2024/5728

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	OCCLUDEUR DELIVERY SİSTEMİ	2	ADET			KR1175	4.724,67 TL		
2	PARAVALVÜLER LEAK (SİZİNTİ) KAPAMA CİHAZI	2	ADET			KR1188	7.283,24 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalemin malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisinde konulacak, zarfın kapağı kağıtla kapalı olarak Ankara Etilik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına KARDİYOLOJİ SERVİSİ (T3-4C) MEHMET CAN tarafından teslim edilmelidir.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (Yüz/Yirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 03.10.2024 14:51:58 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: etliksh.22f@saglik.gov.tr
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ESRA CAMİCİ
Sağlık Teknikeri