



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

21.11.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 22.11.2024 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2024/6962

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK	20	ADET	1034-ENDOSKOPİ SİSTEMİ					

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilmektedir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilmektedir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlık Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığına onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtmektedir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini, Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Bayıru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtmektedir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 21.11.2024 09:41:22 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogtem@gmail.com / Mail2: ozluk@yok.com.tr
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

YASEMİN ZOR
Programcı
5378133270

FLEKSİBLE ÜRETRENOSKOP TEK KULLANIMLIK

1. Kullanıma bırakılacak aynı marka video üretorenoskopi görüntüleme ünitesi ile çalışabilmelidir.
2. Tek kullanımlık olmalıdır. Steril ambalajında temin edilmelidir.
3. Otomatik ışık ayarı bulunmalıdır. Bu sayede, supine pozisyonu tercih edilen cerrahilerde kullanılan diğer nefroskop ile karşılaştığında görüntülemenin devam etmesi için otomatik olarak kendi ışığını kısabilmelidir.
4. Skopun her hangi bir zaman / kullanım kısıtlaması olmamalıdır.
5. Görüş alanı 120° olmalıdır.
6. Görüntü çözünürlüğü 160.000 piksel olmalıdır.
7. Görüş açısı 0° olmalıdır.
8. Alan derinliği 3-100mm olmalıdır.
9. Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve bu sayede peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
10. Fiber optik aydınlatması kontrol ünitesindeki entegre LED ışık kaynağı sayesinde sağlanmalıdır.
11. Pozitif defleksiyon mekanizmalı olmalıdır. Açık mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru 285°, aşağı doğru 285° olmalıdır. Özellikle alt kalikslerdeki defleksiyon kabiliyeti yüksek olmalıdır.
12. Cerrahin yorulmasını önlemek üzere, cerrah defleksiyondayken bıraksa bile otomatik kilit mekanizması sayesinde açık kaybı yaşanmamalıdır.
13. Distal ucu kalikslerde skopun rahatça manevra yapabilmesi için pasif defleksiyon yapabilmelidir.
14. Distal ucun ve Insertion tüpünün dış çapı en fazla 7.5 Fr olmalıdır.
15. 9/11 veya 9.5/11 FR access kılıflardan yeterli akış sağlayacak ve düşük intrarenal basıncı temin edecek şekilde geçebilmelidir.
16. Çalışma uzunluğu 650 mm olmalıdır.
17. Çalışma kanalı iç çapı 3.6 Fr olmalıdır.
18. Tork oranı 1:1 olmalıdır.
19. Elcekte 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
20. Hafif tasarıma sahip olmalı, bu sayede kolay, yorucu olmayan bir kullanım sağlanmalıdır.
21. Şaftın tam fleksibl yapısı sayesinde çok kolay insersiyon sağlamalıdır, böbreğin tüm bölümlerine erişebilmelidir.
22. İrigasyon için luer port bulunmalıdır.
23. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
24. Görüntüleme ünitesi, temin edilecek görüntü aktarım kabloları aracılığıyla hastanedeki endovizyon görüntüleme ünitesi monitörüne bağlanabilmelidir. Ünitenin Kullanım kolaylığı nedeniyle kendinden ekranlı cihazlar kabul edilmeyecektir.
25. Her 10 adetlik skop alımı için emme-tahliye özelliği olan ve ucu deflekte olabilen ve teklif edilen skop ile uyumlu 1 adet erişim kılıfı verilecektir.
26. UTS KAYDI OLMALIDIR.

Aşağıdaki özelliklere sahip bir görüntüleme ünitesi skop kullanımı devam ettiği sürece kliniğin kullanımına bırakılacak olup mülkiyeti tedarikçi firmaya ait kalacaktır:

1. Hafıza / veri transferi cihazda bulunan USB portu üzerinden yapılabilmelidir.
2. USB üzerinden resim ve video kaydı yapılabilmelidir. Cihazın kendisinin 16GB hafızası bulunmalıdır.
3. White Balance, Parlaklık, Görüntü Yakalama ve Video Kaydı gibi menü seçimleri için ünitenin ön panelinde butonlar bulunmalıdır.
4. AV, HDMI, VGA, DVI, SDI görüntü aktarım kabloları bulunmalı ve bu çıkışlardan görüntü aktarabilmelidir.
5. Cihaz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
6. Beyaz ayarı yapılabilmelidir.
7. Skop kullanımı devam ettiği sürece ünite hastaneye kullanıdırılmaya devam ettirilecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Ali R. KARAKOZ
Dip. No: 4249 İht. No: 80522

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Prof. Dr. F. M. GÖKSEL
Dip. No: 4249 İht. No: 80522

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Prof. Dr. H. M. GÖKSEL
Dip. No: 4249 İht. No: 80522