



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

21.11.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, SU PH KİTİ ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 21.11.2024 Tarihi saat 16:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2024/6975

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SU PH KİTİ	4000	TABLET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim muddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetkenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına SU PH KİTİ doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınış sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıkılan ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıkılanı teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 21.11.2024 11:14:50 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000 / 750290
Mail: zeynep.alkan3@saglik.gov.tr
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ZEYNEP ALKAN
Sağlık Teknikeri

TEKNİK ŞARTNAME

Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi genelinde kullanılmak üzere kit (tablet) karşılığı 1(bir) adet fotometre ölçüm cihazı temin işi

- Yüklenici, sarf karşılığı kullanıma verilen fotometre ölçüm cihazlarının kullanım öncesi, kurulum sonrası ve sözleşme süresince periyodik teknik servis faaliyetleri metroloji (test, kontrol, kalibrasyon, muayene ve bakım) yürütülmesini sağlayacaktır.
- Cihazların kalibrasyonu yılda bir yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
- Yüklenici tarafından temin edilen kitlerin tamamı tüketilene kadar fotometre ölçüm cihazları hastanenin kullanımında kalacaktır.
- Kullanılacak kitler ölçüm cihazı ile uyumlu olacaktır.

Fotometre ölçüm cihazı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.

- I- Havuz suyu ve içme suyu fotometre cihazı ile en az 10 farklı parametre ölçümü yapılabilir olmalıdır.
- 2- Cihaz, pH, Klor (serbest / kombine / toplam), Alkalinite (Asit Kapasitesi), Siyanürik Asit Sabitleyici), Aktif Oksijen (MPS), Brom, Klor Dioksit, Ozon ve Hidrojen Peroksit olan parametrelerin ölçümünü yapmalıdır.
- 3- Cihaz IP68 su geçirmez özelliğine sahip olmalı ve su içine daldırılarak hızlı bir şekilde su örneklemesine izin vermelidir.
- 4- Ölçüm cihazın kablosuz Bluetooth 4.0 teknolojisi olmalı, test sonuçları ücretsiz yazılım ve uygulamaya kolayca bağlanarak aktarılabilir olmalı.
- 5- Cihazın Test sonuçları senkronize edildiğinde, yazılım ve uygulama- tek tek girilen su arıtma kimyasallarına dayanan dozaj önerilerine izin vermeli. Kullanıcı, test sonucu raporlarını yazdırabilir. LSI gibi indeks hesaplama yapabilmeli.
- 6- Cihazın Ücretsiz bir bulut sunucusu ile, kullanıcı bu özelliği kullanmaya karar verirse, uygulama ve yazılımdaki verilerin sürekli senkronize edilmesi sağlamalı.
- 7- Sabit ve değiştirilebilir kuvvet özelliği olmalıdır.
- 8- Cihazın en az 2 (iki) yıl garantisi olmalı.
- 9- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

Erdoğan TUNC
Koordinatör Teknik Hizmetler
Müdür Yardımcısı
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Veysel KIRKIM
EKE. MGH.

Ramazan ÖNAL
Koordinatör Teknik Hizmetler
Müdür Yardımcısı
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ