



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

28.11.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, KRONİK YARA BAKIM VE DİYABETİK AYAK KLİNİĞİ 2 KALEM MALZEME ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 02.12.2024 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2024/7181

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	YB- EMİCİ LEVAFİBER YARA ÖRTÜSÜ 10X10 CM	10	ADET						
2	YB- EMİCİ LEVAFİBER YARA ÖRTÜSÜ 10 CM X 1 M	20	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetkenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapakı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına KRONİK YARA BAKIM VE DİYABETİK AYAK KLİNİĞİ 2 KALEM MALZEME ALIMI doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak, Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasında göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirticektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirticektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 28.11.2024 14:10:19 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara

Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000 / 750290

Mail: zeynep.alkan3@saglik.gov.tr

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ZEYNEP ALKAN
Sağlık Teknikeri

EMİCİ LEVAFİBER YARA ÖRTÜSÜ 10X10 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ürün, kılcal etki, hidroiletken etki ve elektrostatik etki olmak üzere üç farklı türde etki sağlayan LevaFiberTM Teknolojisine sahiptir.
- 2) LevaFiberTM Teknolojisi, pansumanın hidroiletken etki yoluyla yara eksudasını hem dikey hem de yatay olarak kaldırmasına, tutmasına ve aktarmasına olanak tanır. Pansuman sıvıyı aktif olarak yaradan uzaklaştırarak sağlıklı dokuları kontaminasyondan korur ve maserasyonu en aza indirir.
- 3) Pansuman, yara yüzeyi üzerinde elektrostatik bir etki yaratarak pansumanın nispeten büyük miktarda eksudayı dışarı çekmesine olanak tanır.
- 4) Pansuman, otolitik debridmanı destekler ve genel olarak biyofilm üretimini kolaylaştırdığı bilinen ölü dokuları, bulaşıcı maddeleri ve besin maddelerini emerek ideal bir yara yatağı oluşturabilir özelliktedir.
- 5) Ürünün her iki yüzeyi de yara yatağında kullanılabilir. Ürün, tedavi edilen yaraya uyacak şekilde istenilen boyuta/boyutlara/şekle kesilebilir. Buna boşluklar da dahildir.
- 6) Ürün yeni oluşan granüle dokulara zarar vermemeli ve iyileşmeyi destekleyip epitelizasyona katkı sağlamalıdır.
- 7) Ürün cerrahi yaralar, 1. Ve 2. Derece yanıklar, diyabetik ayak ülserleri, kavite yaraları, iyileşmeyen veya kalıcı yaralar, venöz bacak ülserleri, diyabetik yaralar, akut yaralar, basınç ülserleri (EVRE 2.3 ve 4 dahil), cilt yırtıkları, travmatik ve/veya delici yaralanmalar, yüzeysel, kısmi kalınlıkta yanıklar (birinci ve ikinci derece), karmaşık, cerrahi ve ameliyat sonrası açılmış yaralar ve donör alanlarında kullanılabilmelidir.
- 8) Ürün stoma kenarlarında oluşan sızıntıları cilde zarar vermemesi için kullanılabilmelidir.
- 9) Pansuman kolayca kesilebilir ve her türlü yaraya uyacak şekilde şekillendirilebilir. Rulo veya spiral şekli, boşlukları doldurmak veya amputasyonları kapatmak için kullanılabilmelidir.
- 10) Orta ve yoğun eksudalı yaralarda eksuda durumuna göre ürün kesilerek üst üste sınırsız katman oluşturularak uygulanabilmelidir.
- 11) Eksuda durumuna göre 3 günde bir eksuda kontrol altına alındıktan sonra 7 güne kadar yara yatağında kalabilmelidir.
- 12) Ürünün boyutları 10x10cm şerit formunda olmalıdır.
- 13) Ürün ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.
- 14) Ürünün miyadı 2 yıl olmalıdır. 3 ay kala firma tarafından değiştirilmelidir.

T.C.S.B. Ankara Etik Şehir Hastanesi
Plastik Cerrahi Kliniği Sor.
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.No: 14391-86301

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etik Şehir Hastanesi
Op. Dr. Turgay SAYIN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 123220/2005-007

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etik Şehir Hastanesi
Op. Dr. Gökhan DEĞİRMENCİOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 163003 / 129066

EMİCİ LEVAFİBER YARA ÖRTÜSÜ 10 CMX 1 M TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ürün, kılcal etki, hidroiletken etki ve elektrostatik etki olmak üzere üç farklı türde etki sağlayan LevaFiberTM Teknolojisine sahiptir.
- 2) LevaFiberTM Teknolojisi, pansumanın hidroiletken etki yoluyla yara eksudasını hem dikey hem de yatay olarak kaldırmasına, tutmasına ve aktarmasına olanak tanır. Pansuman sıvıyı aktif olarak yaradan uzaklaştırarak sağlıklı dokuları kontaminasyondan korur ve maserasyonu en aza indirir.
- 3) Pansuman, yara yüzeyi üzerinde elektrostatik bir etki yaratarak pansumanın nispeten büyük miktarda eksudayı dışarı çekmesine olanak tanır.
- 4) Pansuman, otolitik debridmanı destekler ve genel olarak biyofilm üretimini kolaylaştırdığı bilinen ölü dokuları, bulaşıcı maddeleri ve besin maddelerini emerek ideal bir yara yatağı oluşturabilir özelliktedir.
- 5) Ürünün her iki yüzeyi de yara yatağında kullanılabilir. Ürün, tedavi edilen yaraya uyacak şekilde istenilen boyuta/boyutlara/şekle kesilebilir. Buna boşluklar da dahildir.
- 6) Ürün yeni oluşan granüle dokulara zarar vermemeli ve iyileşmeyi destekleyip epitelizasyona katkı sağlamalıdır.
- 7) Ürün cerrahi yaralar, 1. Ve 2. Derece yanıklar, diyabetik ayak ülserleri, kavite yaraları, iyileşmeyen veya kalıcı yaralar, venöz bacak ülserleri, diyabetik yaralar, akut yaralar, basınç ülserleri (EVRE 2.3 ve 4 dahil), cilt yırtıkları, travmatik ve/veya delici yaralanmalar, yüzeysel, kısmi kalınlıkta yanıklar (birinci ve ikinci derece), karmaşık, cerrahi ve ameliyat sonrası açılmış yaralar ve donör alanlarında kullanılabilir.
- 8) Ürün stoma kenarlarında oluşan sızıntıları cilde zarar vermemesi için kullanılabilir.
- 9) Pansuman kolayca kesilebilir ve her türlü yaraya uyacak şekilde şekillendirilebilir. Rulo veya spiral şekli, boşlukları doldurmak veya amputasyonları kapatmak için kullanılabilir.
- 10) Orta ve yoğun eksudalı yaralarda eksuda durumuna göre ürün kesilerek üst üste sınırsız katman oluşturularak uygulanabilir.
- 11) Eksuda durumuna göre 3 günde bir eksuda kontrol altına alındıktan sonra 7 güne kadar yara yatağında kalabilir.
- 12) Ürünün boyutları 10 cmX 1 m şerit formunda olmalıdır.
- 13) Ürün ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.
- 14) Ürünün miyadı 2 yıl olmalıdır. 3 ay kala firma tarafından değiştirilmelidir.

T.C.S.B. Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Prof. Dr. T. AKINCI
Genel Cerrahi Kl.İd.Sor.
Dip.No: 74340-86301

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Op. Dr. T. SAYIN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 123240/2005-007

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Op. Dr. Gürkan DEĞİRMENCİOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 153403 / 129066