



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ

29.11.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, STR- POLİPROPİLEN NO: 6/0 13 (±2) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 75 CM ((T3) KVC AMELİYATHANESİ) ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 02.12.2024 Tarihi saat 16:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2024/7202

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	STR- POLİPROPİLEN NO: 6/0 13 (±2) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 75 CM	1000	ADET	575-EMİLEMEYEN- SENTETİK- MONOFİLAMANT SÜTÜR					

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilmektedir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilmelidir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvan yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer maddeli vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetkenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birlesik fiilen malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, diğer teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklife davet mektubu teslim edildikten sonra bir zarfın içerisinde konulacak, zarfın kapalı kâğıtla mühürlenerek Ankara Etilik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına STR- POLİPROPİLEN NO: 6/0 13 (±2) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 75 CM ((T3) KVC AMELİYATHANESİ) değruden temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları ayne kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzeme teslimine müteakip Kurumumuz İktisadi Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak, Nakit Yetmezliği Durumunda Muhasebe Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebatı kayıtlarına şifazı kurumca göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve ÇHAZ ALBEMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ile kayıtlı Sağlık Bakanlığına onaylı ürünleri ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtmektedir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzuna Sağlık Uygulama Tekniği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG-26/11/2016-29900/11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3-C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), kırsal ürün numarası (barkod) barında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı: İse kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtmektedir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çaklarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çaklarını teklifi ile beraber vermektedir.
- 12-Etli Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 29.11.2024 14:34:14 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Ersoy Caddesi Yenimahalle / Ankara
Değruden Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: oshdogtem@gmail.com / Mail2: ozluk@tyek.com.tr
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ESMA AYHAN
Hemşire

POLİPROPİLEN NO:6/0 13(+/-2)MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 75CM

- 1) Monofilament polypropyleneden imal olmalı, Sentetik, nonabsorbable olmalı.
- 2) Uygulandığı dokularda sürekli doku desteği vermelidir. Kopmaya karşı önceden esneme göstermelidir.
- 3) İğne ile iplik kolay ayrılmayacak bir sistemde birleştirilmiş olmalı. İplik kalınlığı iğne çapına yakın olmalıdır.
- 4) İğne kalitesi çok önemli olup; yüksek alaşım çeliğinden mamul ve sıyrılmayacak şekilde sliikon kaplı olmalıdır. İstenildiğinde firmalar belgelendirmelidir.
- 5) İğnenin her açı ve şekilde poteqüye sağlam tutunumu ve porteqü de oynamaması esastır.İğneler buna uygun yapıda olmalıdır. İğneler; doku taklidi özel silikon plakalardan geçişi kontrol edilerek değerlendirilecektir. İğneler özellikle sert ve kalsifik dokularda devamlı dikiş tekniği ile ardışık kullanımlarda deforme olmamalıdır.
- 6) İplik düşük basınç ve germe kuvvetlerinde kopmamalıdır. Numune iplikler iğne bileşkesinden ve düğümünden kopma basınçları, test edilerek değerlendirilecektir. Düşük basınç değerlerine sahip olanlar kabul edilmeyeceklerdir. İplik hafızası minimum olmalıdır.
- 7) En az 12'lik kutuda olmalı.. Kutu üzerinde içinde kaç adet olduğu yazılmalıdır. Seri ve kontrol numarası, son kullanma tarihi, imalatçı firma adı, iğne cinsi ve iğne büyüklüğü, sütür kalınlığı ve uzunluğu olmalıdır. İğne boyu 1/1 oranda görülmelidir. Komisyonlar ihale dosyasında yer alan evrakları ve malzemeleri tereddüde düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere gönderebilir.
- 8) Çift kat ambalajdan oluşan ürünlerde dış kılıf; bir yüzü kaliteli nemden etkilenmeyen, yırtılmayan kağıt diğer yüzü şeffaf naylondan oluşmalı (tyvek ambalaj)ve sıyrılarak açılmalıdır. İç ambalaj alüminyum folyo veya kağıt + naylondan (tyvek ambalaj) oluşmalıdır.İç ambalaj üzerinde ipliği tanımlayan bilgiler bulunmalı, iğne boyu 1/1 oranında görülmelidir.İpliği taşıyan karton mekik üzerinde ipliği tanımlayan bilgiler bulunmalı, iğneleri porteqü ye kolayca takılmasını sağlayan şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Tek ambalajdan oluşan ürünlerde dış kılıf; bir yüzü kaliteli, nemden etkilenmeyen ve yırtılmayan kağıt diğer yüzü şeffaf naylondan oluşmalı (tyvek ambalaj)ve sıyrılarak açılmalıdır. İçinden çıkan ipliği taşıyan karton veya plastik mekik üzerinde ipliği tanımlayan bilgiler bulunmalı ve iğne iyi sabitlenmiş olmalıdır.
- 9) İstenilen iğne boyunda teklif verilmesi esastır. 13mm olmalıdır.
- 10) ÜTS kaydı olmalıdır.ÜTS kaydı olmayan ürün için firma belge sunmalıdır
- 11)1 yıl miatlı olanlar en az 10 ay ,2 yıl ve üzeri miatlı olanlar en az 12 ay miatlı olacaktır.Ayrıca ,insan kaynaklı ya da uzun süre insan vücudunda kalmasından kaynaklı olası komplikasyonlara sebep olması vb.durumlar için kısa miatlı üretilen ürünlerle ilgili SB Modülü üzerinden firmacılara bildirimde bulunulması halinde ürün şartname özelinde değerlendirilebilecektir.
- 12)Tüketim öngörüsü yapılamayan ve müşterilerde bulundurulması zorunlu, Sağlık Bakanlığınca kodları bildirilen ve bu ek hususlarda belirtilen ürünler için 24 ay ve daha kısa raf ömrüne sahip olanlar teslim tarihi itibariyle raf ömrünün en az 2/3 (üçte ikisi)kadar miadı olmalıdır. 24 aydan daha uzun miadı olan ürünler için ise en az 20 (yirmi) ay miat şartı aranacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. ÖZGE KANDEMİR
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip.No:1651 Uzm.Tip.No:69155

Doç.Dr.Kaan KAYA
Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim Görevlisi
TC Sağlık Bakanlığı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Dip.Tes.No:76089

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. UYKUR KÖKÇEN
Kalp Damar Cerrahisi
Dip.No:4951 Tescil No:73169