



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

11.02.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ameliyathane sarf malzeme temini ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 12.02.2025 Tarihi saat 15:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/778

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	PLAKLAR VE VIDALAR,INTERNAL FİKSASYON,PLAKLAR,KOMPRESYON/Y UVARLAK DELİKLİ/AZ TEMAS YÜZEYLİ PLAK,1.0 - 3.0MM KİLİTSİZ VIDALAR	1500	ADET			TV2130	3.188,28 TL		
2	KENDİNDEN YIV AÇAN/STANDART TİTANYUM/COCR KORTİKAL KİLİTSİZ 1.0 - 3.0MM VIDA TUM BOYLAR (TV1010)	5000	ADET			TV1010	571,48 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetkilenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapığı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına ameliyathane sarf malzeme temini doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirticektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerin; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirticektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılar ile kendilerinin bayi üretimci ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılar ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 12.02.2025 15:00 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogem@gmail.com / Mail2: tulaykarabakan@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TULAY KARABAKAN
Veri Haz. Kont. İşl.

**PLAKLAR VE VİDALAR INTERNAL FİKSASYON PLAKLAR,
KOMPRESYON/YUVARLAK DELİKLİ /AZ TEMAZ YÜZEYLİ PLAK 1.0-3.0 MM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SUT KODLARI:

TV2130 TÜM PLAK BOYLARI

TV1010 TÜM VİDA BOYLARI

OR4990 Ti-Neuro MESH PLAK 100X100 mm


OR5000 Ti-Neuro MESH PLAK 30X40 mm

OR5010 KRANİYAL TİTANYUM MESH PLAK 1.6 0.3MM

- Malzemeler titanyum dan imal edilmiş ve polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Kırık ve çatlak kemiklerin onarılmasında kolaylık sağlamalıdır.
- Kemik dokusuna uyum sağlamalıdır. CT ve MR da kolaylıkla görüntülenebilmelidir. Sistem 1,6 sistem 0,60 mm kalınlığında olmalıdır.
- Set içinde 3mm-12mm arasında 1,6 sistem 0,60 mm kalınlığında vida olmalıdır.
- Set içinde düz delikli sitemsiz, düz delikli sitemli plak olmalıdır.
- Set içinde sola ve sağa açılı sitemli L plak plak olmalıdır.
- Set içinde delikli sitemsiz T plak, delikli sitemsiz Y plak, sitemli Y plak olmalıdır.
- Set içinde sitemsiz delikli double Y plak, sitemli double Y plak olmalıdır.
- Set içinde orbital plak olmalıdır.
- Set içinde 13mm, 18mm, ve 22 mm Burr hole plak olmalıdır.
- Set içinde düz kısa ve uzun olmak üzere iki çeşit neuro plak olmalıdır.
- Titanyum mesh ebatları 30x40 0,6 mm, 70x80 0,6mm, 100x100 0,6 mm mevcut olmalıdır.
- Set içinde Self Drill vidalar mevcut olmalıdır. 1.6 sistem vidalar ve emergency vidalar olmalıdır.
- Set içinde vida yeri açma amaçlı 1.3x50mm ebatlarında 5 ve 8 mm stoplu driller olmalıdır.
- Set 134°C de otoklavda Etilen Oksit gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
- Uluslar arası geçerliliği olan Avrupa Birliği Sertifikası (CE) olmalıdır.
- İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartnameye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Antara Etiler Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi/Doç. Dr.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Dip. No: 158296 Uzm. Yrd. No: 145769



**KENDİNDEN YİV AÇAN /STANDART TİTANYUM /COCR KORTİKAL
KİLİTSİZ 1.0- 3.0 MM VİDA TÜM BOYLAR (TV1010) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SUT KODLARI:

TV2130 TÜM PLAK BOYLARI

TV1010 TÜM VİDA BOYLARI

OR4990 Ti-Neuro MESH PLAK 100X100 mm

OR5000 Ti-Neuro MESH PLAK 30X40 mm

OR5010 KRANİYAL TİTANYUM MESH PLAK 1.6 0.3MM

- Malzemeler titanyum dan imal edilmiş ve polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Kırık ve çatlak kemiklerin onarılmasında kolaylık sağlamalıdır.
- Kemik dokusuna uyum sağlamalıdır. CT ve MR da kolaylıkla görüntülenebilmelidir. Sistem 1,6 sistem 0,60 mm kalınlığında olmalıdır.
- Set içinde 3mm-12mm arasında 1,6 sistem 0,60 mm kalınlığında vida olmalıdır.
- Set içinde düz delikli sitemsiz, düz delikli sitemli plak olmalıdır.
- Set içinde sola ve sağa açılı sitemli L plak plak olmalıdır.
- Set içinde delikli sitemsiz T plak, delikli sitemsiz Y plak, sitemli Y plak olmalıdır.
- Set içinde sitemsiz delikli double Y plak, sitemli double Y plak olmalıdır.
- Set içinde orbital plak olmalıdır.
- Set içinde 13mm, 18mm, ve 22 mm Burr hole plak olmalıdır.
- Set içinde düz kısa ve uzun olmak üzere iki çeşit neuro plak olmalıdır.
- Titanyum mesh ebatları 30x40 0,6 mm, 70x80 0,6mm, 100x100 0,6 mm mevcut olmalıdır.
- Set içinde Self Drill vidalar mevcut olmalıdır. 1.6 sistem vidalar ve emergency vidalar olmalıdır.
- Set içinde vida yeri açma amaçlı 1.3x50mm ebatlarında 5 ve 8 mm stoplu driller olmalıdır.
- Set 134°C de otoklavda Etilen Oksit gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
- Uluslar arası geçerliliği olan Avrupa Birliği Sertifikası (CE) olmalıdır.
- İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartnameye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.



Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ELDİR
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Başhekim Yardımcısı
Op. Tesis No: 15/333 Zm. Tesis No: 145735

