



TC  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

İlgili Firmaya;

27.03.2025

Satın almaya esas olmak üzere, VENTİLATOR AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ YETİŞKİN ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 28.03.2025 Tarihi saat 17:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/2904

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	VENTİLATOR AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ YETİŞKİN	100	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapığı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına VENTİLATOR AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ YETİŞKİN doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CHIAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini, Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktıları teklifi ile beraber verilecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 27.03.2025 13:46:54 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara  
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000  
Mail: esbdogtem@gmail.com / Mail2: penkrync60@gmail.com  
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ALİ KAYAN  
Sağlık Teknikeri

## VENTİLÖR AKIŞ FLOW SENSÖR VE EXHALATION VALVE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Solunum akış sensörü ve exhalation valve yeniden kullanılabilir ve ekshalation valf ile set şeklinde olmalıdır.
2. Solunum akış sensörü ve exhalation valve otoklav edilebilir ve hastanede kullanılan cidex solüsyon ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Solunum akış sensörü ve exhalation valve en az 6 ay ve en az 50 defa otoklav da steril edildiğın de deforme olmamalıdır.
4. Solunum akış sensörü, exhalation valve ve diyafram üzerin de üretim tarihini gösteren yazı olmalı ve bu tarihler 1 yıldan daha eski olmamalıdır.
5. Minute volume 0 – 99.9 L/min, Patient Flow 1-200 L/min, Airway pressure -20 +120 cm H2O olmalı
6. Parça orijinal ambalajında olmalı ve ambalaj açılmamış olmalıdır.
7. Ventilator akış flow sensör ve exhalation valve GE marka R80 ventilatörün orijinal parçası olmalıdır.
8. Ürüne numune değerlendirmesi yapılarak uygunluk verilecektir (Numunenin kontrolü simülatör ve test cihazları ile sağlanacaktır.). Numune gönderilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 9.Ürün Takip Sistemine (ÜTS) tabi olmalıdır.

İzzer Çar UNAL  
ANKARA Etilik ŞEHİR HASTANESİ  
Genel Hastane  
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

ANKARA Etilik ŞEHİR HASTANESİ  
Ürün Qi. Müdürlüğü  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Bölümü

Emine ÖZCELİK  
Koordınatör Sağlık Bakım Hizmetleri  
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu  
ANKARA Etilik ŞEHİR HASTANESİ  
11.11.2024