



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

İlgili Firmaya;

27.03.2025

Satın almaya esas olmak üzere, VENTİLYASYON EKSPİRASYON VALFİ ÇOK KULLANIMLIK ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 28.03.2025 Tarihi saat 17:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/2908

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	VENTİLYASYON EKSPİRASYON VALFİ ÇOK KULLANIMLIK	50	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli i ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetkenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapığı kapatılıp imzalanarak üzerine Ankara Etlık Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına VENTİLYASYON EKSPİRASYON VALFİ ÇOK KULLANIMLIK doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınmış sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 27.03.2025 14:04:02 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: cshdogtem@gmail.com / Mail2: penkrync60@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ALİ KAYAN
Sağlık Teknikeri

VENTİLAÖR AKIŞ FLOW SENSÖR VE EXHALATION VALVE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Solunum akış sensörü ve exhalation valve yeniden kullanılabilir ve ekshalation valf ile set şeklinde olmalıdır.
2. Solunum akış sensörü ve exhalation valve otoklav edilebilir ve hastanede kullanılan cidex solüsyon ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Solunum akış sensörü ve exhalation valve en az 6 ay ve en az 50 defa otoklav da steril edildiğin de deforme olmamalıdır.
4. Solunum akış sensörü, exhalation valve ve diyafram üzerin de üretim tarihini gösteren yazı olmalı ve bu tarihler 1 yıldan daha eski olmamalıdır.
5. Minute volume 0 – 99.9 L/min, Patient Flow 1-200 L/min, Airway pressure -20 +120 cm H2O olmalı
6. Parça orijinal ambalajında olmalı ve ambalaj açılmamış olmalıdır.
7. Ventilatör akış flow sensör ve exhalation valve GE marka R80 ventilatörün orijinal parçası olmalıdır.
8. Ürüne numune değerlendirmesi yapılarak uygunluk verilecektir (Numunenin kontrolü simülatör ve test cihazları ile sağlanacaktır.). Numune gönderilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 9.Ürün Takip Sistemine (ÜTS) tabi olmalıdır.

İzzetcan UNAL
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
Genel Hastane
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
Genel Hastane
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

Emine ÖZCELİK
Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
11.11.2024