



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

27.03.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, VENTİLATOR AKIŞ-FLOW SENSÖR YETİŞKİN ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 28.03.2025 Tarihi saat 17:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/2907

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	VENTİLATOR AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ YETİŞKİN	57	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim muddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapığı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına VENTİLATOR AKIŞ-FLOW SENSÖR YETİŞKİN doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alım sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtcektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtcektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 27.03.2025 13:54:49 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogtem@gmail.com / Mail2: penkrync0@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ALİ KAYAN
Sağlık Teknikeri

VENTİLATÖR CİHAZI YETİŞKİN/PEDİYATRİK HARİCİ AKIŞ SENSÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Sensör; harici akış sensörünün kendisi ve kablosu olmak üzere 2 kısımdan oluşmalıdır.
2. Harici akış sensörü yetişkin ve pediatrik hastaların ventilasyon esnasında gaz akışını ölçebilmelidir ve 22mm lik yetişkin/pediatric solunum devresi ile uyumlu olmalıdır.
3. Harici akış sensörü kablosu Trilogy EV300 ventilatör cihazı ile uyumlu ve ventilatöre bağlanabilir olmalıdır.
4. Ventilatör devresinin hasta ucuna takılan harici akış sensörü Trilogy EV300 ventilatör cihazı 22mm lik çift kollu hasta devresi ile uyumlu olmalıdır.
5. Harici akış sensörü birden fazla hastada kullanılabilir olmalıdır.
6. Harici akış sensörü temizlik ve %2,4 etkinleştirilmiş glutaraldehit solüsyonu ile dezenfeksiyon talimatlarına sahip olmalıdır.
7. Harici akış sensörü otoklav ile 10 sterilizasyon döngüsüne dayanabilir olmalıdır ve otoklav ile sterilizasyon talimatlarına sahip olmalıdır.
8. Harici akış sensörü kablosu birden fazla hastada kullanılabilir olmalıdır.
9. Harici akış sensörü kablosu temizlik ve %70 izopropil alkol ile dezenfeksiyon talimatlarına sahip olmalıdır.
10. Akış sensörünün nominal hacmi 35 ml ve üzeri, nominal akış aralığı ± 250 l/dk. olmalıdır.
11. Akış sensörünün ölü hacmi 10 ml den küçük olmalıdır.
12. Akış sensörü kablo uzunluğu 249 cm (98 inç) olmalıdır.
13. Ürüne numune değerlendirmesi yapılarak uygunluk verilecektir (Numunenin kontrolü simülatör ve test cihazları ile sağlanacaktır.). Numune gönderilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.
14. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.

İzzet ÖZDAL
ANKARA EMLAK SEHİR HASTANESİ
Genel Yönetici
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

ETLİK SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Muhammed Sezar BAZNA
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No : 144854

Engin KAZAN
Sorumlu Hemşire