



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

22.04.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, TROMBOELOSTOGRAM (ANESTEZİ DEPO İHTİYACI) ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 23.04.2025 Tarihi saat 17:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/3422

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	TROMBOELOSTOGRAM	20	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetkenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etilik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına TROMBOELOSTOGRAM (ANESTEZİ DEPO İHTİYACI) doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz, Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak, Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarihi ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığına onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktıları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktıları teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 22.04.2025 10:35:09 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogtem@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

NADİR DINCER
Tekniker

**T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ**



Sıra No	MALZEMENİN ADI	TEKNİK ŞARTNAMELER
	TROMBOELASTOGRAM (TROMBOELASTOMETRİ KARTUŞU APTEM HEPTEM)	HEPTEM TROMBOELASTOMETRİ REAKTİFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ <ol style="list-style-type: none">1. Heparin etkisini gösteren test olmalıdır.2. Reaktif heparinaz, tampon ve koruyucular içermelidir.3. Reaktif 200 µl'lik şişelerde liyofilize olmalıdır.4. Reaktif koagülasyon zamanı, pıhtı oluşma zamanı ve maksimum pıhtı sertliği ile ilgili bilgi vermelidir.5. Ürünün UTS kaydı olmalıdır. APTEM TROMBOELASTOMETRİ REAKTİFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ <ol style="list-style-type: none">1. Reaktif liyofilize olmalı, ekarin ve metalloproteaz içermelidir.2. Liyofilize reaktif +2 ila +8 °C'de son kullanma tarihine kadar saklanabilmelidir. Reaktif sulandırıldıktan sonra - 20 °C'de saklanmalıdır.3. Reaktif hirudin, agotropan gibi direkt trombin inhibitörlerinin varlığını tespit edebilmelidir.4. Reaktif koagülasyon zamanı, pıhtı oluşma zamanı ve maksimum pıhtı sertliği ile ilgili bilgi vermelidir.5. Ürünün UTS kaydı olmalıdır

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Yasın Y. 00000
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Y. 00000
Ankara Etilik Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Y. 00000
Ankara Etilik Şehir Hastanesi