



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

03.07.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, INV- BİYOPSİ İĞNESİ, ASPIRASYON, MANUEL, CHIBA, 22G, 15 (+2)CM ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 04.07.2025 Tarihi saat 13:30:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/5298

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	INV- BİYOPSİ İĞNESİ, ASPIRASYON, MANUEL, CHIBA, 22G, 15(+2)CM	30	ADET			OR2320	33,69 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalemin malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına INV- BİYOPSİ İĞNESİ, ASPIRASYON, MANUEL, CHIBA, 22G, 15 (+2)CM doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CIHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasının teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerin: Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük, 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıkışları ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıkışlarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 03.07.2025 08:58:11 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogiem@gmail.com /
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

NADİR DİNÇER
Tekniker

BIYOPSİ İĞNESİ, ASPIRASYON, MANUEL, CHİBA, 22G, 15(±2)CM

SMT Temel İşlevi:	1. Biyopsi iğnesi her türlü sitolojik örnekleme için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Biyopsi iğneleri paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3. Biyopsi iğnesinin dış kanülü 22-23 G arasında olmalıdır. 4. Biyopsi iğnesinin uzunluğu 12-15 cm arasında olmalıdır. 5. Biyopsi iğnesinin ucu chiba iğnesinin uç özelliklerine sahip olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Biyopsi iğnesi iç içe geçen dışta bir kanül ve içte bir mandrenden oluşmalıdır. 7. Biyopsi iğnesi ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük (ekojenik) özelliğine sahip olmalıdır. 8. Biyopsi iğnesi girişim sırasında eğilmemeli, iğne ile yapılan her türlü bükülme hareketinde iğne orijinal şeklini korumalıdır. 9. Biyopsi iğnesinin dış kanülü üzerinde giriş derinliğini gösteren ölçü çizgileri (cm) olmalıdır. 10. Biyopsi iğnesinin dış kanül sapı, luer-lock enjektöre uyumlu olmalıdır. 11. Biyopsi iğnesinin iğne hubları, iğne çaplarını belirtecek şekilde renk kodlu olmalıdır. 12. Biyopsi iğnesinin, cilt derinliğini ayarlamak ve iğne hareketini kontrol etmek amaçlı stoperi olmalıdır. 13. Biyopsi iğnesinin ucu, dokuda kolaylıkla ilerlemelidir.
Genel Hükümler:	14. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.UTS Kaydı olmalıdır.miadı 2 yıl olmalıdır.

ANKARA ETİK SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. S. UYANIK
Dip. No: 165117

ANKARA ETİK SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. S. UYANIK
Dip. No: 16511-146
Tescil No: 17589
Uzm. Tescil: 110062

ANKARA ETİK SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. S. UYANIK
Rad. Uzm. Dr. A. S. UYANIK
Dip. No: 165306