



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

03.07.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, DOĞRUDAN TEMİN ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 07.07.2025 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmanız gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2025/5333

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN Cinsi	MİKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M TUTAR I
1	INV- ANJIYOĞRAFI KATETERİ, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, TAMAMI HİDROFİLİK, 5F, VERTEBRAL, 125CM	250	ADET			GR1005	856,61 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına DOĞRUDAN TEMİN doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınıp sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CIHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünler ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirticektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca dayatılan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirticektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 12-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 03.07.2025 16:22:08 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000 /750200
Mail: eshdogtem@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.


FATMA CEVİKEL
Programcı

**ANJİOGRAFİ KATETERİ, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, TAMAMI HİDROFİLİK, 5F,
VERTEBRAL, 125CM
GR1005**

SMT Temel İşlevi:	1. Periferik damar sistemindeki belirlenmiş bölgelere radyopak madde ve tedavi edici madde göndermek için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kateterler 5F çapında değişik işlemlerde kullanılmak üzere; <ul style="list-style-type: none">• Vertebral, Vertebral 135 derece, uç şekillerine sahip olmalıdır. 3. Kateter, çift serili paslanmaz çelik örgülü olup, kateterin shaftı hydrophilic coating ile kaplı olmalıdır. 4. Kateter 125cm uzunluğa sahip olmalıdır. 5. Kateter, içinden 0.038inç kılavuz tel geçecek kadar geniş lümeneye sahip olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Kateterin tork kontrolü yüksek olmalıdır. 7. Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli hafızası olmalıdır. 8. Kateterler en az 750psi, basınca kadar dayanıklı olmalıdır. 9. Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır. 10. Kateter çapı, uzunluğu ve kılavuz tel çapı hub üzerinde yazılı olmalıdır. Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Kateter orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. 12. Malzemenin UTS kaydı olmalıdır. UTS kaydı olmayan malzemeler için firma belge sunmalıdır. 13. Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıl, teslim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.


Zeynep Mehdiyer


Fatma Ger Akarsu


Gashan Tonge