



TC  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

İlgili Firmaya;

06.05.2026

Satın almaya esas olmak üzere, AML KOTER PLAĞI PEDIATRİK ÇİFT ÇIKIŞLI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 08.05.2026 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2026/3848

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	AML- KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR PEDIATRİK DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	700	ADET	388-KOTER - PLAK		OR4170	17,28 TL		
2	KOTER PLAĞI TEK ÇIKIŞLI MONOPOLAR YETİŞKİN DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	500	ADET	388-KOTER - PLAK		OR4170	17,28 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklife davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisinde konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına AML KOTER PLAĞI PEDIATRİK ÇİFT ÇIKIŞLI doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alımı sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CIHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan ödeme ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 ve EK-4 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tedavi malzemesi alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 12-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklif ile beraber verecektir.
- 13-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mıtlaka 06.05.2026 14:55:18 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara  
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000  
Mail: eshdogtem@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

FATMA ÇEVİKEL  
Programcı

## KOTER PLAĐI, TEK ÇIKISLI MONOPOLAR YETİŐKİN DİSPOSABLE (TEK ULLANIMLIK)

SMT Temel İŐlevi:

1. Ür¼n, cerrahi iŐlem sırasında koter kullanım esnasında oluŐan akımın hastaya ve saĐlık personeline zarar vermesini önlemek üzere tasarlanmıŐ olmalıdır

SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:

2. Ür¼n yetiŐkin boyda olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

3. Ür¼n cilde kolay yapıŐan, esnek yapıda köp¼k malzemedен yapılmıŐ olmalıdır.

4. Ür¼n ıslanınca ciltten ayrılmamalı, kaldırıldıĐında rezid¼ bırakmamalıdır.

5. Ür¼n, hasta ve vaka baŐına kullanımında birimlerimizde kullanımda bulunan ERBE ve VESALIUS marka elektro cerrahi ünitelerinde ara kablosu ile birlikte kullanılacaktır.

6. Ür¼n¼n bir ucunda koter kablosunun baĐlanabileceĐi aparat olmalıdır.

7. Ür¼n¼n iletken alanı en az 120 cm<sup>2</sup> olmalıdır.

Genel Hük¼mler:

8. Ür¼n¼n üts kaydı olmalıdır.

9. Ür¼n paketlenmiŐ ve tek kullanımlık olmalıdır.

10. Koter plakları alüminyum folyo malzeme ile tek tek veya çoklu poŐetler Őeklinde paketlenmiŐ olmalıdır.

11. En az 2 yıl miadı olmalıdır.

SaĐlık BakanlıĐı  
Ankara Etim ve Kalite Enstitüsü  
Kocaeli Yolu No: 111182  
10540/06000

T.C. SaĐlık BakanlıĐı  
Ankara Etim ve Kalite Enstitüsü  
Op. Dr. Mehmet H. Urali ÇANAKÇI  
Genel Cerrahi KliniĐi  
Dip. Teb. No.: 197167

T.C. SaĐlık BakanlıĐı  
Ankara Etim ve Kalite Enstitüsü  
Doc. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ  
Dip. No: 24050/06000/101182

**KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR PEDIATRİK  
DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. TEMEL KULLANIM AMACI

- 1.1. Ürün, cerrahi işlemler sırasında elektro cerrahi uygulamalarında hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla topraklama amacıyla kullanılacaktır.
- 1.2. Ürün, hasta ve vaka başına kullanımında kliniğimizde kullanımda bulunan ERBE marka elektro cerrahi ünitelerinde ara kablosu ile birlikte kullanılacaktır.

2. ÜRÜN TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 2.1. Ürün cilde kolay yapışan, esnek yapıda ve köpük malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2.2. Ürün sıvı ile temasında ciltten ayrılmamalıdır.
- 2.3. Ürün ciltten ayrıldığında rezidü bırakmamalıdır.
- 2.4. Ürünün iletkenlik alanı en az 120 cm<sup>2</sup> olmalıdır.
- 2.5. Ürün alüminyum folyo ile paketlenmiş olmalıdır.

3. DİĞER HUSUSLAR

- 3.1. Ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi, ÜTS Birincil Etiket Numarası ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
- 3.2. Ürünlerin miadı en az 2 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala ücretsiz olarak en az 1 (bir) yıl miadlı ürün ile değiştirilecektir.
- 3.3. Ürün ve cihaz teknik yeterlilikleri numune set ve demo cihaz üzerinden gerçekleştirilecek ölçümlerle ile isterlerin klinik uygunlukları değerlendirilecektir.



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Ankara Etilik Şehir Hastanesi  
Op.Dr. Mehmet Hamit ÇANAK  
Genel Cerrahi Kliniği  
Dip. Tes. No : 197167



Uzm.Dr. Deniz KÜTÜK  
Ankara Etilik Şehir Hastanesi  
Genel Cerrahi Kliniği  
Dip. Tes.No:185006