

1. Sternum ve Costa kapama implantları (Plak ve vidası dâhil olmak üzere), tamamen Titanyum (Ti6Al4V alaşımı) hammadde kullanılarak ve ASTM F136, ISO 5832- 3 Standartları esas alınarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Plaklar Sternum Cerrahisi için özel imal edilmiş ve sadece sternum kapamada kullanılması için tasarlanmış olmalıdır. Sternum kapama plak setinde 13 model plak çeşiti bulunmalı ve her plaktan en az 3 er adet bulunmalıdır. Plak kalınlıkları 2MM olmalıdır.
3. Sternum Plak Sistemi vidaları 2,7 mm kilitlenebilen ve self drilini özelliğe olmalıdır. Vida boyları 8mm den başlayarak 20 mm 'ye kadar 2 mm uzayarak gitmelidir.
4. Cerrahi müdahale sırasında ihtiyaç duyulan vidalardan her ölçü için en az 15 şer adet vida bulunmalıdır.
5. Cerrahi müdahale sırasında el aleti seti içerisinde yüksek torklu vida gönderici motor bulunmalıdır.
6. Ürünler Sağlık Bakanlığı UTS sistemine kayıtlı olmalıdır. Ürünlerde üretici firmaya ait CE markalama bilgileri mevcut olmalıdır.
7. Ürünler firma bünyesinde bulundurulan Doktor tarafından tasarlanmış ve Sternum Cerrahisi kullanımına uygun olmalıdır.
8. Ürünler cerrahi operasyondan bir gün önce klinikte sunum yapılarak onay alınmalıdır.

Plak Sut Kodu : KV5002 , GHC2002

Vida Sut Kodu : KV5003 , GHC2003

Etilik Şehir Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Op. Dr. Can KUTLAY
Dip. No: 186487

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Günsel GÖSTERE
Göğüs Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 172154

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Mahmut BÜLGÖSTEREN
Göğüs Cerrahi Kliniği
Dip. No: 71101