



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

13.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, INV- GUIDING KATETER, 6F, L3.5, 100CM ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 15.05.2026 Tarihi saat 12:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2026/4055

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	INV- GUIDING KATETER, 6F, L3.5, 100CM	100	ADET			KR1142	560,29 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisinde konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına INV- GUIDING KATETER, 6F, L3.5, 100CM doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak, Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alım sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan ödeme ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 ve EK-4 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tedavi malzemesi alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 12-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 13-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 13.05.2026 09:08:55 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogtem@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

BURCU KÖFTECİ
Sağlık Teknikeri
Tel: 0312 797 00 00/750241

GUIDING KATETER, 6F, L3.5, 100CM

SMT Temel İşlevi:	1. Kateterler girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<p>2. Kateter, kullanılacak yerlerine göre 90 veya 100 cm'lik uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.</p> <p>3. Kateter, naylon veya polyester veya pebax malzemedan imal edilmiş olmalıdır.</p> <p>4. Kateterin iç kısmı friksiyonu azaltmak amacıyla "PTFE" kaplı veya özel kaygan bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Trombo rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.</p> <p>5. Kateterin gövdesi kink rezistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.</p> <p>6. Kateter; 5F çap için en az 0.054inch veya 6F çap için en az 0.070inch veya 7F çap için en az 0.078 inch veya 8 F çap için en az 0,088 inch iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır.</p> <p>7. Koroner kılavuz kateterler:</p> <ul style="list-style-type: none">• L3.5
Teknik Özellikleri:	<p>8. Kateter hubdan ucuna kadar devamlı aynı ölçüyü verebilecek özellikte olmalıdır.</p> <p>9. 6Fr ölçülerinde olanlar sağ judkins, LIMA ve multipurpose kateteri özelliklerinde olup iç lümeni standart koroner stentleri ilerletilebilecek kadar geniş uç delikli girişimsel amaçlı kullanılan kalp kateterleridir. Kateterin radyoopasitesi yüksek, ucu damar zedelenmesinin azaltıcı özellikte (SOFT tip) olmalıdır.</p> <p>10. Kateterler 1/1 manipülasyona sahip olabilmeli, kateter işlem sırasındaki manipülasyonlar ile çabuk kırılır yapıda olmamalıdır ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.</p> <p>11. Kateterin uç kısmı yüksek derecede radyopak olmalıdır.</p>

Prof. Dr. Mustafa DURAN
Etilik Sahil Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 15504

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLİK SAHİL HASTANESİ
Prof. Dr. Cengiz Uzun
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 15504

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLİK SAHİL HASTANESİ
Prof. Dr. Mustafa DURAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 15504

GUIDİNG KATETER, 6F, L3.5, 100CM

Teknik Özellikleri:	<p>12. Kateterler, kıvrımlı damarlara uygun olmalı ve yüksek torkabilite değerlerine sahip olmalıdır.</p> <p>13. Kateterin ucu yumuşak atravmatik olmalı, işlem sırasında hastanın vücut sıcaklığına bağlı olarak uç şekli bozulmamalı ve back-up özelliğini kaybetmemelidir.</p> <p>14. Kataterlerin ucu ve yan deliksiz olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>16. Numune deneme amaçlı açılarak kontrol edilecektir ve açılan ürünler ilgili firma teslim edilirken talep edilen sayıdan düşülmeyecektir.</p> <p>17. Ürünler orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.</p> <p>18. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır. Üts kaydı bulunmayan ürün için firma belge sunmalıdır.</p> <p>19. Tüketim öngörüsü yapılamayan ve müşterilerde bulundurulması zorunlu Sağlık Bakanlığınca kodları bildirilen ve bu ek hususlarda belirtilen ürünler için 24 ay ve daha kısa raf ömrüne sahip olanlar teslim tarihi itibariyle raf ömrünün en az 2/3(üçte ikisi)kadar miadı olmalıdır. 24 aydan daha uzun miadı olan ürünler için ise en az 20(yirmi) ay miat şartı aranacaktır.</p> <p>20. 1 yıl miatlı olanlar en az 10 ay, 2 yıl ve üzeri miatlı olanlar en az 12 ay miatlı olacaktır. Ayrıca insan kaynaklı ya da uzun süre insan vücudunda kalmasından kaynaklı olası komplikasyonlara sebep olması vb. durumlar için kısa miatlı üretilen ürünlerle ilgili SB modülü üzerinden firmalarca bildirimde bulunulması halinde ürün şartname özelinde değerlendirilebilecektir.</p> <p>21. Ürünün miadının geçmesine son 3(üç) ay kala firma ürün değişimini taahhüt eder.</p>

Prof. Dr. Mustafa DURAN
Etlik Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 146504

TO. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 104750

TO. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 104750