

ULTRASONİK CERRAHİ ASPİRATÖR/DİSEKTÖR TUBİNG SETİ (KN1058) VE YUMUŞAK DOKU UCU (KN1059) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen Tubing Set ve yumuşak doku ucu ile birlikte hastane ameliyathanesinde bulunan Söring Sonoca marka Ultrasonik Cerrahi Aspiratör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Malzemelerin ambalajında herhangi bir hasar olmamalıdır.
3. Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Tubing Setler tekli steril pakette ve çift poşetli olmalıdır.
5. Tubing Setlerin mekanik irrigasyon ünitesine (irrigasyon pompasına) takılan yeri silikon olmalıdır.
6. Malzemenin irrigasyon ve suction hortumları farklı renklerde ve içindeki sıvı akışını gösterir özellikte olmalıdır.
7. Tubing Set iki hortumdan oluşmalıdır. Aspirasyon hortumu en az 500cm olmalı ve aspirasyon şişesine uyumlu olmalıdır. İrrigasyon hortumu en az 500cm olmalı ve hortum ucu serum şişesine rahatlıkla takılabilecek özellikte olmalıdır. Aynı hortumun üzerinde damla ayar mekanizması da bulunmalıdır.
8. Tubing Setin irrigasyon ve aspirasyon hortumlarının handpiece girişi luer lock kilitli olmalıdır.
9. Tubing Setler ve yumuşak doku ucu disposable olmalıdır.
10. Tubing Setlerin ve yumuşak doku uçlarının üzerinde steril edildiği tarih ve sterilizasyonun sona eriş tarihi yazılı olmalıdır.
11. Yumuşak doku uçları, el aleti ucuna takılmak suretiyle kullanılabilir. Baş aşağı ve yukarı doğru kullanılabilir.
12. Teklif veren firmalar, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasına eklemelidir.
13. Teklif veren firmalar Teknik Servis alt yapıları hakkında bilgi veren dökümanları ihale dosyasına eklemelidir. Cihazda olası arızalara müdahale edebilecek kalifiye teknik personel bulunmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Ferit AKSEL
Cerrahi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 101473

Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Op. Dr. Fatih ASLAN
Dip. Tes. No: 145544
Cerrahi Onkoloji Uzmanı

Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Op. Dr. Ferit AYDIN
Dip. Tes. No: 101473
Cerrahi Onkoloji Uzmanı