ANGIORROID CO2 ENJEKTÖRÜ TEK KULLANIMLIK ADAPTÖR

1. Ürün girişimsel anjiyografi işlemlerinde damar içi CO_2 görüntüleme amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Tekrar sterilizasyon ve yeniden kullanım kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Ürün manuel basınç kontrollü yapıda olmalı, kullanıcıya enjeksiyon miktarı ve basıncı kontrol edebilme imkânı sağlamalıdır.

4. Genel amaçlı enjektörler uygun değildir; ürün özellikle medikal CO_2 anjiyografi için geliştirilmiş olmalıdır.

5. Kit; enjektör + bağlantı seti + basınç kontrol mekanizması + güvenlik valfi/filtrasyon ünitesi içermelidir. Tekil komponentler veya parçalı çözümler kabul edilmeyecektir.

6. Ürün geri akış önleyici valf içermeli, hastaya veya sisteme geri dönüş riski olmamalıdır.

7. Ürün, damar içi enjeksiyon sırasında kontrollü CO_2 geçişini güvenli şekilde sağlayacak yapıda olmalıdır.

8. Kullanım sırasında dış ortamdan hava girişi kesinlikle engellenmiş olmalıdır.

9. Enjektörün CO_2 miktarı manuel olarak ayarlanabilir olmalıdır.

10. Ürün, periferik damar girişimlerinde kullanım için uygun olmalıdır

11. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

12. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Sadi Ahmet UYANIK
Tel. No: 147589
Uzm. Tescil: 110062

Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Safiye ÖZTÜRK
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 168933
Dip. No: 2012-011-0169

Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Uzm.Dr. Yusuf DOĞAN
Diploma Tescil No:19825