



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

15.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ameliyathane tıbbi sarf ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 18.05.2026 Tarihi saat 16:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2026/4345

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLA M Tutar I
1	ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-XL	100	ADET	1118-VASKÜLER KLİP		UR1086	481,73 TL		
2	ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-ML	100	ADET	1118-VASKÜLER KLİP		UR1086	481,73 TL		
3	AML- ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-L	100	ADET	1118-VASKÜLER KLİP		UR1086	481,73 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etilik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına ameliyathane tıbbi sarf doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alım sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtecektir.
- 10-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan ödeme ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 ve EK-4 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tedavi malzemesi alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İsteklilerin teklif etiketleri malzemelerini; Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 12-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 13-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 15.05.2026 14:50:58 kadar cevap verilecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara

Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000

Mail: eshdogtem@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

FATMA ÇEVİKEL
Programcı

ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-XL

- 1) Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisitespit edilemeyen, absorbe olmayan Polioksümetilen(Poliasetal) POM maddesinden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Klipler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
- 3) Klipler uygun aplikatörleri (klips uygulayıcısı) ile açık cerrahide ve laparoskopik cerrahide sorunsuzca kullanılabilmelidir.
- 4) Klips tam kapama sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmalıdır.
- 5) Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı çift kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6) Klips atravmatik bir şekilde stabilizasyon sağlamalıdır.
- 7) Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 8) Klipler aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmalıdır.
- 9) Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat örtüsüne, eldivene veya ameliyat önlüğüne yapışmasını sağlayan yapışkan bant bulunmalıdır.
- 10) Klipler radyo transparan olmalıdır. MR ve röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmez yapıda olmalıdır.
- 11) Klipler 50~60 kPa'ya (kilo paskal) kadar bir basınca dayanabilir olmalı (bu özellik laboratuvarlarca onaylanabilmeli), kaymamalı ve çok stabil olmalıdır.
- 12) Klipler ML, L, XL, boyutlarında olmalıdır.
- 13) Kartuş klipleri ML, L, XL 6 adet şeklinde olmalıdır.
- 14) ML klipler 3-10 mm, L klipler 5-13 mm, XL klipler 7-16 mm, arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 15) Klipler boyları ayrı renkte olmalıdır.
- 16) 50 adet kartuş klips alımlarında aşağıdaki özelliklerde 1 adet aplikatörleri hastane kullanımına bedelsiz bırakılacaktır.
 - a) Klips atıcı zor endoskopik vakalarda kullanım amaçlı özel cerrahi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
 - b) Aplikatörlerin shaft uzunluğu 5mm (ML klipler için) trokar, 10mm (L ve XL klipler için) trokar kullanımına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
 - c) Aplikatör 36 (±2) cm veya 47 (±2) cm uzunluğunda olmalıdır.
 - d) Aplikatör shaftı tek parmakla 360° denebilmeli ve atikilasyon aynı elle yapılabilmelidir.
 - e) Endoskopik aplikatör 60° açılı olmalıdır.
 - f) Kilitli veya kilitsiz olarak sipariş edilebilmelidir.
- 17) En az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 18) UTS kaydı bulunmalıdır.

Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Dr. Adem SANCİ
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 111544

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etilik Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Rakan SANCİ HABERAL
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 11587 / Mes. No: 136787

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLİK ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Kubilay SARIKAYA
Uroloji Kliniği
Dip. Tes. No: 111544 Uzm. Tes. No: 74727

ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-ML

- 1) Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisitespit edilemeyen, absorbe olmayan Polioksümetilen(Poliasetal) POM maddesinden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Klipler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
- 3) Klipler uygun aplikatörleri (klips uygulayıcısı) ile açık cerrahide ve laparoskopik cerrahide sorunsuzca kullanılabilmelidir.
- 4) Klips tam kapama sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmalıdır.
- 5) Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı çift kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6) Klips atravmatik bir şekilde stabilizasyon sağlamalıdır.
- 7) Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 8) Klipler aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmalıdır.
- 9) Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat örtüsüne, eldivene veya ameliyat önlüğüne yapışmasını sağlayan yapışkan bant bulunmalıdır.
- 10) Klipler radyo transparan olmalıdır. MR ve röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmez yapıda olmalıdır.
- 11) Klipler 50~60 kPa'ya (kilo paskal) kadar bir basınca dayanabilir olmalı (bu özellik laboratuvarlarca onaylanabilmeli), kaymamalı ve çok stabil olmalıdır.
- 12) Klipler ML, L, XL, boyutlarında olmalıdır.
- 13) Kartuş klipleri ML, L, XL 6 adet şeklinde olmalıdır.
- 14) ML klipler 3-10 mm, L klipler 5-13 mm, XL klipler 7-16 mm, arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 15) Klipler boyları ayrı renkte olmalıdır.
- 16) 100 adet kartuş klips alımlarında aşağıdaki özelliklerde 1 adet aplikatörleri hastane kullanımına bedelsiz bırakılacaktır.
 - a) Klips atıcı zor endoskopik vakalarda kullanım amaçlı özel cerrahi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
 - b) Aplikatörlerin shaft uzunluğu 5mm (ML klipler için) trokar, 10mm (L ve XL klipler için) trokar kullanımına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
 - c) Aplikatör 36cm veya 47cm uzunluğunda olmalıdır.
 - d) Aplikatör shaftı tek parmakla 360° denebilmeli ve atikilasyon aynı elle yapılabilmelidir.
 - e) Endoskopik aplikatör 60° açılı olmalıdır.
 - f) Kilitli veya kilitsiz olarak sipariş edilebilmelidir.
- 17)En az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 18)UTS kaydı bulunmalıdır.

Ankara Etik Şehir Hastanesi
Op.Dr. Hakan B. HABERAL
167390

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etik Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Hakan B. HABERAL
Üroloji Uzmanı
Dış. Tes. No: 165873 / İç. No: 136787

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Kamilay SARIKAYA
Üroloji Kliniği
Dış. Tes.No: 111544 Uzm. Tes.No:74727

ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-L

- 1) Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisitespit edilemeyen, absorbe olmayan Polioksimetilen(Poliasetal) POM maddesinden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Klipler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
- 3) Klipsler uygun aplikatörleri (klips uygulayıcısı) ile açık cerrahide ve laparoskopik cerrahide sorunsuzca kullanılabilir.
- 4) Klips tam kapama sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmalıdır.
- 5) Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı çift kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6) Klips atravmatik bir şekilde stabilizasyon sağlamalıdır.
- 7) Klips üzerinde klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 8) Klipsler aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmalıdır.
- 9) Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat örtüsüne, eldivene veya ameliyat önlüğüne yapışmasını sağlayan yapışkan bant bulunmalıdır.
- 10) Klipsler radyo transparan olmalıdır. MR ve röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmez yapıda olmalıdır.
- 11) Klipsler 50~60 kPa'ya (kilo paskal) kadar bir basınca dayanabilir olmalı (bu özellik laboratuvarlarca onaylanabilmeli), kaymamalı ve çok stabil olmalıdır.
- 12) Klipsler ML, L, XL, boyutlarında olmalıdır.
- 13) Kartuş klipsleri ML, L, XL 6 adet şeklinde olmalıdır.
- 14) ML klipsler 3-10 mm, L klipsler 5-13 mm, XL klipsler 7-16 mm, arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 15) Klipsler boyları ayrı renkte olmalıdır.
- 16) 50 adet kartuş klips alımlarında aşağıdaki özelliklerde 1 adet aplikatörleri hastane kullanımına bedelsiz bırakılacaktır.
 - a) Klips atıcı zor endoskopik vakalarda kullanım amaçlı özel cerrahi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
 - b) Aplikatörlerin shaft uzunluğu 5mm (ML klipler için) trokar, 10mm (L ve XL klipler için) trokar kullanımına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
 - c) Aplikatör 36 (±2) cm veya 47 (±2) cm uzunluğunda olmalıdır.
 - d) Aplikatör shaftı tek parmakla 360° denebilmeli ve atikilasyon aynı elle yapılabilir.
 - e) Endoskopik aplikatör 60° açılı olmalıdır.
 - f) Kilitli veya kilitsiz olarak sipariş edilebilir.
- 17) En az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 18) UTS kaydı bulunmalıdır.

Ankara Etiler Şehir Hastanesi
Açık Cerrahi Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Adem SANCI
Uroloji Uzmanı
Uzm. Tes. No: 146570

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Etiler Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Haluk Bahadır HABERAL
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 155873 Tes. No: 136787

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİLER ŞEHİR HASTANESİ
Doc. Dr. Kubilay SARKAYA
Uroloji Kliniği
Dip. Tes. No: 111644 Uzm. Tes. No: 74727