


EMİLEBİLİR STAPLER HATTI KUVVETLENDİRİCİSİ, BİYOLOJİK

1. Ürün; stapler hattını güçlendirmek, parankim hava kaçaklarını önlemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürün endostopik 60 mm staplerler ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün steril edilmiş halde cerrahi operasyona uygun olmalıdır.
4. Ürün vücut içi tam biyo-uyumluluğa sahip olmalıdır.
5. Ürünün etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış olmalıdır.
6. SUT tebliğine uygun ve UTS kayıtlı olmalıdır.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Serdar HAN
Göğüs Cerrahi Kliniği
İhtisas No: 32447/62386 Dip. Tes. No: 9164


Etik Şehir Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Op. Dr. Can KUTLAY
Dip. No: 186487


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETİK ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Gülşen GÖKTEPE
Göğüs Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 172154