

## KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK/VIDA

1. Sternum ve Costa kapama implantları (Plak ve vidası dâhil olmak üzere), tamamen Titanyum (Ti6Al4V alaşımı) hammadde kullanılarak ve ASTM F136, ISO 5832- 3 Standartları esas alınarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Plaklar Sternum Cerrahisi için özel imal edilmiş ve sadece sternum kapamada kullanılması için tasarlanmış olmalıdır. Sternum kapama plak setinde 13 model plak çeşiti bulunmalı ve her plaktan en az 3'er adet bulunmalıdır. Plak kalınlıkları 2MM olmalıdır.
3. Sternum Plak Sistemi vidaları 2,7 mm kilitlenebilen ve self drilini özelliğe olmalıdır. Vida boyları 8mm den başlayarak 20 mm 'ye kadar 2 mm uzayarak gitmelidir.
4. Cerrahi müdahale sırasında ihtiyaç duyulan vidalardan her ölçü için en az 15 şer adet vida bulunmalıdır.
5. Cerrahi müdahale sırasında el aleti seti içerisinde yüksek torklu vida gönderici motor bulunmalıdır.
6. Ürünler Sağlık Bakanlığı UTS sistemine kayıtlı olmalıdır. Ürünlerde üretici firmaya ait CE markalama bilgileri mevcut olmalıdır.
7. Ürünler firma bünyesinde bulundurulan Doktor tarafından tasarlanmış ve Sternum Cerrahisi kullanımına uygun olmalıdır.
8. Ürünler cerrahi operasyondan bir gün önce klinikte sunum yapılarak onay alınmalıdır.

Plak Sut Kodu : KV5002 , GHC2002

Vida Sut Kodu : KV5003 , GHC2003

**Etlik Şehir Hastanesi**  
Göğüs Cerrahisi  
Op. Dr. Can KUTLAY  
Dip. No: 186487

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ETÜK ŞEHİR HASTANESİ  
Prof. Dr. Serdar HAN  
Göğüs Cerrahi Kliniği  
İhtisas No: 42447/62386 Dip. No: 9164

T.C. S.B.  
ANKARA ETÜK ŞEHİR HASTANESİ  
Göğüs Cerrahi Kliniği  
Op. Dr. Serdar HAN  
Dip. No: 99495