



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

İlgili Firmaya;

26.06.2026

Satın almaya esas olmak üzere, ekg elektrodu yenidoğan ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 30.06.2026 Tarihi saat 11:02:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2026/6075

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	BST-EKG ELEKTRODU YENİDOĞAN DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	300	ADET						

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yetenclerinin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisinde konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına ekg elektrodu yenidoğan doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak, Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınış sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CIHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtilecektir.
- 10-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini, Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan ödeme ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 ve EK-4 listelerinde (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tedavi malzemesi alan tanularına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 11-İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini, Sosyal Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerinde (Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan tanularına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlanmış olmalıdır.
- 12-İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerine ait Firma Tanımlayıcı Numaraları varsa KEP (Kamu Elektronik Posta) Adresini teklifinde belirtilecektir. İstekli Firma Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ise teklif edilen tıbbi malzemenin üretici ve/veya ithalatçı firmaların firma tanımlayıcı numaraları ve/veya ilgili internet çıktılarını ile kendilerinin bayi tanımlayıcı numaraları ve/veya internet çıktılarını teklifi ile beraber verecektir.
- 13-Bu Teklif Davet Mektubuna Olumlu Ya Da Olumsuz Mutlaka 26.06.2026 11:02:59 kadar cevap verecektir.

Adres: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara
Doğrudan Temin Birimi Tel: 0312 797 0000
Mail: eshdogtem@gmail.com / Mail2: penkrync6@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ALİ KAYAN
Sağlık Teknikeri

EKG ELEKTRODU YENİDOĞAN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-** Ürün, yenidoğan hastalarda kullanılmaya uygun, radyolüsent özellikte, sıvı jelli EKG elektrodu olmalıdır. Ürün neonatal yoğun bakım, ameliyathane, acil servis ve klinik kullanım şartlarına uygun yapıda olmalıdır.
- 2-** Elektrot, yüksek iletkenlik sağlayarak monitörizasyon sırasında artefakt ve parazit oluşturmadan stabil sinyal iletimi sağlamalıdır. Klinik değerlendirmeyi olumsuz etkileyecek sinyal kaybı, dalga bozulması veya bağlantı kesintilerine neden olmamalıdır.
- 3-** Ürün 3'lü lead sistemine uygun olmalıdır. Lead bağlantıları monitörizasyon sırasında güvenli ve stabil kullanım sağlamalıdır.
- 4-** Ürün radyolojik çekimlerle uyumlu olmalı; röntgen, MR, BT ve diğer görüntüleme yöntemlerinde görüntü kalitesini bozucu artefakt oluşturmamalıdır. Radyolojik işlemler sırasında elektrodun çıkarılmasına ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 5-** Ürün kurumdaki mevcut monitörler, EKG cihazları ve ara kablolarla tam uyumlu çalışmalıdır. Kullanım sırasında adaptör veya ek bağlantı aparatına ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 6-** Elektrot, yenidoğan kullanımına uygun ölçülerde ve hassas cilt yapısına zarar vermeyecek özellikte üretilmiş olmalıdır. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde güvenle kullanılabilir.
- 7-** Elektrotun jel yapısı sıvı jel formunda olmalı, cilt üzerinde kalıntı bırakmamalı ve non-irritan özellikte olmalıdır. Jel kuruma yapmamalı ve uzun süreli monitörizasyonlarda performans kaybına neden olmamalıdır.
- 8-** Ürünün yapışkan yüzeyi hipoalerjenik yapıda olmalı; uzun süreli kullanımda kızarıklık, tahriş, döküntü veya alerjik reaksiyona neden olmamalıdır. Bu özellik üretici firma tarafından biyouyumluluk ve dermatolojik uygunluk belgeleri ile gösterilebilmelidir.
- 9-** Ürün kendinden kablolu yapıda olmalıdır. Kablolar yenidoğan kullanımına uygun uzunlukta, esnek ve dayanıklı yapıda olmalıdır.
- 10-** Elektrotun bağlantı uçları kaliteli iletkenlik sağlayacak şekilde üretilmiş olmalı ve monitör bağlantılarında gevşeme, kopma veya temassızlık yapmamalıdır.

ANKARA ETÜK ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Sinan KURT
Neonatal Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.Tes.No: 153039

ANKARA ETÜK ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Duygu BİDEV
Neonatal Uzmanı
Dip. Tesn. No: 101598

Ankara Etük Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Nihan YILDIRIM YILDIZ
Neonatal Uzmanı
Dip.Tes.No: 183281

- 11-** Elektrot kolay uygulanabilir yapıda olmalı, terleme ve hareket durumunda ciltten kolay ayrılmamalıdır. Yapışkan yüzey cilde zarar vermeden çıkarılabilmelidir.
- 12-** Ürünün sırt materyali esnek yapıda olmalı, yenidoğan cildine tam uyum sağlamalıdır. Sırt materyali hava geçirgen yapıda olmalı ve uzun süreli kullanımda ciltte nemlenmeye neden olmamalıdır.
- 13-** Ürün sağlık kuruluşunda kullanılan tüm marka monitör ve EKG cihazları ile uyumlu olmalıdır. Kullanım sırasında cihaz kaynaklı uyumsuzluk oluşturmamalıdır.
- 14-** Elektrot, monitörizasyon süresince sinyal kaybına neden olmadan sürekli ve güvenilir kayıt alınmasını sağlamalıdır. Hareket artefaktlarını minimum seviyede tutmalıdır.
- 15-** Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
- 16-** Ürün lateks içermemelidir.
- 17-** Ürün uygun sterilizasyon yöntemleri ile steril edilmiş olmalıdır.
- 18-** Ambalaj, ürünü dış etkenlerden koruyacak şekilde alüminyum bariyerli koruyucu poşet yapısında olmalıdır. Ambalaj açılmadığı sürece ürün sterilitesini ve jel özelliğini koruyabilmelidir.
- 19-** Her ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon bilgisi, paket içeriği ve üretici firma bilgileri okunaklı şekilde bulunmalıdır.
- 20-** Ürün biyoyuumluluk standartlarına uygun olmalıdır. Gerekliğinde ilgili test ve analiz raporları idareye sunulabilmelidir..
- 21-** Ürün ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.
- 22-** İstekli firma, teklif ettiği ürüne ait teknik doküman, katalog, kullanım kılavuzu ve ürün bilgilerini teklif dosyasında sunmalıdır.
- 23-** İdare gerekli gördüğü durumlarda demonstrasyon ve numune talep edebilecektir. Numuneler teknik değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.
- 24-** Teslim edilen ürünler orijinal ambalajında, hasarsız ve teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miatlı olmalıdır.
- 25-** Ürün hastane envanterinde olduğu sürece firma miadının dolmasına 3(üç) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Doc. Dr. Seda KAVUT
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 101598

ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Duygu BİDEV
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tescil. No: 101598

Ankara Etlık Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Nihan YILDIRIM YILDIZ
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 183281