



TC
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

26.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, 2 KALEM MAL ALIMI (1-YB- VAKUM YARDIMLI İNSIZYON YÖNETİM SETİ(BÜYÜK), 2-VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI) ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 29.06.2026 Tarihi saat 12.00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Dosya Numarası: 2026/5998

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BRANS KODU	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	YB- VAKUM YARDIMLI İNSIZYON YÖNETİM SETİ(BÜYÜK)	20	ADET			OR2170	423,50 TL		
2	VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI	20	ADET			OR2200	444,68 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait istediğiniz numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.
- 2-Teklif esas malzemelerin markası ve modeli i ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3-Teklif mektubuna ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
- 4-Malzeme tesliminde, teklif davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklif davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 5-Bu mektupla birden fazla malzeme için teklif davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 6-İş bu teklif davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak, zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Komisyon Başkanlığına 2 KALEM MAL ALIMI (1-YB- VAKUM YARDIMLI İNSIZYON YÖNETİM SETİ(BÜYÜK), 2-VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI) doğrudan temin no 10090 ibaresi yazılacaktır.
- 7-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı/ Muhasebe Birimi tarafından 120 (YüzYirmi) gün içerisinde ödenecektir. Ancak; Nakit Yetersizliği Durumunda Muhasebat Genel Müdürlüğü 12.02.2009 Tarih ve 2277 Sayılı yazısına ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 Sayılı Genelgesine İstinaden Faturalar Muhasebat kayıtlarına alınış sırasına göre ödenecektir.
- 9-Firma TIBBİ SARF ve CİHAZ ALIMLARINDA TEKLİF ETTİĞİ MALZEMELERİN ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlı Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünlere ait Ürün barkod numarasını teklifinde belirtecektir.

ESMA AYHAN
Hemşire

VAKUM YARDIMLI İNSIZYON YÖNETİM SETİ (BÜYÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, yüzeysel cerrahi insizyonların negatif basınç tedavisinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Set içerisinde en az 10 x 40 cm ölçülerinde büyük boy insizyon kapama pedi bulunmalıdır.
3. Kapama pedi, insizyon hattına doğrudan uygulanabilir yapıda olmalı; ek kesim veya modifikasyon gerektirmemelidir.
4. Kapama pedi, eksudanın etkin drenajını sağlayacak ve insizyon hattı boyunca negatif basıncı homojen dağıtacak yapıda olmalıdır.
5. Kapama pedi maserasyona neden olmayacak özellikte olmalıdır.
6. Set içerisinde en az 4+1 adet kesilmiş drep bulunmalı; drepler en az 5 x 35 cm ölçülerinde olmalıdır.
7. Drepler şeffaf, steril, hava sızdırmaz ve ciltte tahrişe, maserasyona yol açmayacak nitelikte olmalıdır.
8. Drepler üzerinde kullanım kolaylığı sağlayacak açılış yönü işaretleri ve uygulama sıralaması bulunmalıdır.
9. Set içerisinde vakum cihazı ile bağlantıyı sağlayacak port ve bağlantı hortumu bulunmalıdır.
10. Bağlantı hortumu, tedavi sırasında hastanın kısa süreli cihazdan ayrılmasına olanak tanıyacak klemp sistemine sahip olmalıdır.
11. Set tekli orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olarak sunulmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve ÜTS kayıt bilgileri bulunmalıdır.
13. Firma, değerlendirme amacıyla talep edildiğinde yeterli sayıda numune sağlayacaktır. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilecek olup uygun bulunmayan ürünlere onay verilmeyecektir.
14. Ambalajı açıldığında hatalı, bozuk veya kullanıma uygun olmadığı tespit edilen ürünler yüklenici firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
15. Yüklenici firma setlerle birlikte kullanılmak üzere 5 adet aynı marka setlerle uyumlu vakum cihazlarını idareye teslim etmelidir.
16. Firma, setlerle tam uyumlu çalışacak vakum cihazını kullanım süresince ücretsiz olarak temin etmelidir. Teklif edilen insizyon kapama seti, sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve vakum cihazı ile aynı marka olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Murat KOÇ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim Görevlisi
Dip. No: 53644113 Tescil No: 78679

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Ali BOLAN
Dip. No: 504
Tescil No: 79376

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 507187

17. Cihaz sürekli ve aralıklı çalışma modlarına sahip olmalıdır.
18. Cihazın negatif basınç ayar aralığı en az 40–250 mmHg arasında ayarlanabilir olmalıdır.
19. Cihaz; kaçak, tıkanıklık, doluluk ve düşük batarya durumlarında sesli ve görsel alarm verebilmelidir.
20. Cihaz şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve tam şarj ile en az 8 saat kesintisiz çalışabilmelidir.
21. Mevcut cihazlarda arıza oluşması halinde firma, 4 saat içinde yedek cihaz desteği sağlamalıdır.
22. Ürünlerin teslim tarihinden itibaren son kullanma süresi en az 12 ay olmalıdır.
23. Son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmamış ürünler, yüklenici firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.
24. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Murat KOC
Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim Görevlisi
Dip. No: 9504A1/8 Tescil No: 78679

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
D. KÖLAL
Dip. No: 9671
Tescil No: 79376

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Mehmet Ali SANAKÇI
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 197167

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toplama seti ile kullanılan terapi ünitesi ve diğer sarf malzemeler aynı marka olmalıdır.
2. Toplama seti vakum yardımcı yara kapama ünitesi ile uyumlu, tedavi sürekliliğini sağlamalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
3. Toplama seti terapi ünitesine kolaylıkla takılıp çıkarılacak özellikte olmalıdır.
4. Toplama seti en az 500 ml sıvıyı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
5. Toplama kabı açılmayan ve kırılmayan dayanıklı özellikte olmalıdır.
6. Toplama kabından dışarı koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen filtrasyon sistemine sahip olmalıdır.
7. Toplama kabı içinde toplanan sıvıyı jelleştirerek hareket etmesini engelleyecek vasıfta olmalıdır.
8. Kapama seti kadar toplama kabı firma tarafından teslim edilmelidir.
9. Teklif edilen ürünün raf ömrünün üçte birinden fazlasının dolmamış olması gerekmektedir.
10. Ürün hastane envanterinde olduğu sürece firma miadının dolmasına 3(üç) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
11. Yüklenici firma bozuk, hatalı çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir.
12. Ürünler ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.
13. İdare ihale değerlendirmesi aşamasında yukarıda yazan tüm maddeler ile ilgili belgeleri görecektir.
14. Setlerin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firma tarafından değiştirilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA EYLÜL ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Murat KOÇ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim Görevlisi
Dip. No: 950AA113 Tescil No: 78679

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA EYLÜL ŞEHİR HASTANESİ
AMBOLAT
Dip. No: 9671
Tescil No: 79376

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA EYLÜL ŞEHİR HASTANESİ
Op.Dr. Mehmet Hanifi ÇANAKÇI
Dental Cerrahi Uzmanı
Dip. Tas. No: 137107